



# IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy  
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.pl  
info@immunolab.com.pl  
tel/fax: + 48 58 781 44 91  
ul. Kładki 24  
80-822 Gdańsk

Symbol dokumentu: CERT/S/1 wydanie 02 z dnia 07.06.2022

## Certyfikat Jakości

### Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

Nazwa:	Monowalentna surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> dla antygeny:	<b>O:A (O:2)</b>
Numer serii:	<b>969103</b>	
Opis produktu:	Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni. Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.	
Wyniki kontroli:	Surowice testowano z zestawem co najmniej 180 szczepów bakterii <i>Salmonella</i> prezentujących antygeny somatyczne O znane w schemacie Kauffmanna- White'a. <b>Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> O:A (O:2) aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami z grupy O:A (O:2). Brak aglutynacji z innymi szczepami.</b>	
Warunki przechowywania:	Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła. Nie zamrażać !	
Data ważności:	2024-09-01	

**Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z wytycznymi dyrektywy 98/79/EC i normy EN ISO 9001:2015. Posiada Deklarację Zgodności i jest opatrzona znakiem CE. Na podstawie wyników kontroli seryjnej, stwierdza się, że surowica ta odpowiada stawianym wymogom i może być wprowadzona do obrotu.**

Data wystawienia: 2022-06-17

Kontroler Jakości Surowic

*mgr Patrycja Lepowiska*

*Zakierdram mgr Sandra Jermak*