



# IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wzdrożeńowy  
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.pl  
info@immunolab.com.pl  
tel/fax: + 48 58 781 44 9  
ul. Kładki 24  
80-822 Gdańsk

Symbol dokumentu: CERT/S/1 wydanie 02 z dnia 07.06.2022

## Certyfikat Jakości

### Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

Nazwa: Monowalentna surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella* dla grupy: **O:A (O:2)**

Numer serii: **1030101**

Opis produktu: Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni.  
Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.

Wyniki kontroli: Surowice testowano z zestawem co najmniej 180 szczepów bakterii *Salmonella* prezentujących antygeny somatyczne O znane w schemacie Kauffmanna- White'a.  
**Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella* O:A (O:2)** aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami z grupy: O:A (O:2).  
Brak aglutynacji z innymi szczepami.

Warunki przechowywania: Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła.  
Nie zamrażać !

Data ważności: 2024-12-01

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z wytycznymi dyrektywy 98/79/EC i normy EN ISO 9001:2015. Posiada Deklarację Zgodności i jest opatrzona znakiem CE. Na podstawie wyników kontroli seryjnej, stwierdza się, że surowica ta odpowiada stawianym wymaganiom i może być wprowadzona do obrotu.

Data wystawienia: 2022-09-15

Kontroler Jakości Surowic

*mgr Katarzyna Tomaszewska*