



IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.pl
info@immunolab.com.pl
tel/fax: + 48 58 781 44 91
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk

Symbol dokumentu: CERT/S/1 wydanie 02 z dnia 07.06.2022

Certyfikat Jakości

Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

Nazwa: Poliwalentna surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella* dla grupy: **O:C (O:7, O:8)**

Numer serii: **1025101**

Opis produktu: Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni.
Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.

Wyniki kontroli: Surowice testowano z zestawem co najmniej 180 szczepów bakterii *Salmonella* prezentujących antygeny somatyczne O znane w schemacie Kauffmanna-White'a.
Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella* O:C aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami z grupy: O:C (O:7, O:8). Aglutynacja z grupą: O:H (O:6,14, O:6,14,24, O:6,14,25) może, ale nie musi występować. Brak aglutynacji z innymi szczepami.

Warunki przechowywania: Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła.
Nie zamrażać!

Data ważności: 2024-12-01

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z wytycznymi dyrektywy 98/79/EC i normy EN ISO 9001:2015. Posiada Deklarację Zgodności i jest opatrzona znakiem CE. Na podstawie wyników kontroli seryjnej, stwierdza się, że surowica ta odpowiada stawianym wymogom i może być wprowadzona do obrotu.

Data wystawienia: 2022-09-07

Kontroler Jakości Surowic

dn. *Joanna L...*