



# IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wzdrożeńiowy  
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

[www.immunolab.com.pl](http://www.immunolab.com.pl)  
[info@immunolab.com.pl](mailto:info@immunolab.com.pl)  
tel/fax: + 48 58 781 44 91  
ul. Kładki 24  
80-822 Gdańsk

## Certyfikat Jakości

### Zestaw surowic do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

Nazwa: Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*: **H:2 - do hamowania**

Numer serii: **HS089/8561S1**

Opis produktu: Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni.  
Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.

Wyniki kontroli: Surowice testowano z zestawem około 200 szczepów bakterii *Salmonella* reprezentujących antygeny rzęskowe H znane w schemacie Kauffmanna- White'a.  
**Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella* H:2** aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami z obecną fazą H:1,2, H:1,2,7. Brak aglutynacji z innymi szczepami.

Warunki przechowywania: Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła.  
Nie zamrażać !

Data ważności: 2022-03-17

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z dyrektywą WHO oraz spełnia wymagania zasadnicze jakości i bezpieczeństwa określone dla wytwarzania surowic poliwalentnych anty-*Salmonella*: "Guidelines for the preparation of *Salmonella* antisera" WHO Collaborating Center for Reference i Research on *Salmonella*, Institut Pasteur, Francja,

Data wystawienia: 2020-01-15

Specjalista ds. Jakości

*Aneta Pułtorak*  
mgr Aneta Pułtorak