



# IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy  
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.pl  
info@immunolab.com.pl  
tel/fax: + 48 58 781 44 91  
ul. Kładki 24  
80-822 Gdańsk

Symbol dokumentu: CERT/S/2 wydanie 02 z dnia 07.06.2022

## Certyfikat Jakości

### Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella* do diagnostyki *in vitro*

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nazwa:                  | Monowalentna surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> dla antygenu: <b>H:s</b>  |
| Numer serii:            | <b>1102101</b>  |
| Opis produktu:          | Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni.<br>Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.   |
| Wyniki kontroli:        | Surowice testowano z zestawem co najmniej 180 szczepów bakterii <i>Salmonella</i> prezentujących antygeny rzęskowe H znane w schemacie Kauffmanna- White'a.<br><b>Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> H:s</b> aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami z obecną fazą: H:g,m,s, H:g,m,[p],s, H:g,s,t, H:g,[s],t, H:f,g,[s] <sup>- [ ]</sup> jeśli faktor H:s jest obecny.<br>Brak aglutynacji z innymi szczepami. |
| Warunki przechowywania: | Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła.<br>Nie zamrażać !   |
| Data ważności:          | 2025-12-01  |

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z wytycznymi dyrektywy 98/79/EC i normy EN ISO 9001:2015. Posiada Deklarację Zgodności i jest opatrzona znakiem CE. Na podstawie wyników kontroli seryjnej, stwierdza się, że surowica ta odpowiada stawianym wymogom i może być wprowadzona do obrotu.

Data wystawienia: 2023-05-31

Kontroler Jakości Surowic

*Beata Lipińska*