



IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wzdrożeńowy
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.pl
info@immunolab.com.pl
tel/fax: + 48 58 781 44 91
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk

Certyfikat Jakości

Zestaw surowic do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

Nazwa: Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella* dla antygenu: **H:Z₃₈**

Numer serii: **H100/967112**

Opis produktu: Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni.
Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.

Wyniki kontroli: Surowice testowano z zestawem około 200 szczepów bakterii *Salmonella* reprezentujących antygeny rzęskowe H znane w schemacie Kauffmanna- White'a.
Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella* H:Z₃₈ aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami z obecną fazą H:Z₃₈.
Brak aglutynacji z innymi szczepami.


Warunki przechowywania: Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła.
Nie zamrażać !

Data ważności: 2023-10-01

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z dyrektywą WHO oraz spełnia wymagania zasadnicze jakości i bezpieczeństwa określone dla wytwarzania surowic poliwalentnych anty-Salmonella: "Guidelines for the preparation of Salmonella antisera" WHO Collaborating Center for Reference i Research on Salmonella, Institut Pasteur, Francja

Data wystawienia: 2021-07-02

Specjalista ds. Jakości


mgr Aneta Pultorak