



# IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy  
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

[www.immunolab.com.pl](http://www.immunolab.com.pl)  
[info@immunolab.com.pl](mailto:info@immunolab.com.pl)  
tel/fax: + 48 58 781 44 91  
ul. Kładki 24  
80-822 Gdańsk

## Certyfikat Jakości

### Zestaw surowic do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nazwa:                  | Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> dla grupy: <b>O:3,10 ( OE<sub>1</sub> )</b>   |
| Numer serii:            | <b>S037/784203</b>   |
| Opis produktu:          | Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni.<br>Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.  |
| Wyniki kontroli:        | Surowice testowano z zestawem około 200 szczepów b. <i>Salmonella</i> reprezentujących antygeny somatyczne O znane w schemacie Kauffmanna- White'a.<br><b>Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> OE</b> aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami z grupy E <sub>1</sub> i E <sub>4</sub> . Brak aglutynacji ze szczepami z grupy A, B, C, D, F, G, H, 21, 41 i 54. |
| Warunki przechowywania: | Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła.<br>Nie zamrażać !  |
| Data ważności:          | 2022-06-13   |

Zestaw surowic został wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod numerem PL/DR 015200 i posiada Certyfikat Jakości CE. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli seryjnej, stwierdza się, że surowica ta odpowiada stawianym wymagom i może być wprowadzona do obrotu.

Data wystawienia: 2020-05-13

Specjalista ds. Jakości  
*Aneta Pułtorak*  
mgr Aneta Pułtorak