



IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.p
info@immunolab.com.p
tel/fax: + 48 58 781 44 9
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk

Symbol dokumentu: CERT/S/1 wydanie 02 z dnia 07.06.2022

Certyfikat Jakości

Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

Nazwa:	Monowalentna surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> dla antygenu: O:6₁
Numer serii:	1067201
Opis produktu:	Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni. Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.
Wyniki kontroli:	Surowice testowano z zestawem co najmniej 180 szczepów bakterii <i>Salmonella</i> prezentujących antygeny somatyczne O znane w schemacie Kauffmanna- White'a. Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> O:6₁ aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami z grupy C ₂ -C ₃ posiadającymi faktor O:6 (O:6 ₁ ,8). Aglutynacja z grupą C ₁ (szczepy posiadające faktor O:6,7) może, ale nie musi występować (faktor O:6 ₂ w grupie C ₁ może występować w powiązaniu z faktorem O:6 ₁). Brak aglutynacji z innymi szczepami -włączając szczepy z grupy C ₂ -C ₃ posiadające tylko faktor O:8 lub O:8,20, szczepy z grupy C ₁ posiadające tylko faktor O:6 ₂ oraz szczepy z grupy O:H (O:6,14) (faktor O:6 grupy O:H różni się od faktorów 6 ₁ i 6 ₂ występujących w grupie O:C).
Warunki przechowywania:	Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła. Nie zamrażać !
Data ważności:	2025-09-01

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z wytycznymi dyrektywy 98/79/EC i normy EN ISO 9001:2015. Posiada Deklarację Zgodności i jest opatrzona znakiem CE. Na podstawie wyników kontroli seryjnej, stwierdza się, że surowica ta odpowiada stawianym wymagom i może być wprowadzona do obrotu.

Data wystawienia: 2023-02-21

Kontroler Jakości Surowic

Beata Lipińska