



IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wzdrożeńiowy
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.pl
info@immunolab.com.pl
tel/fax: + 48 58 781 44 91
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk

Symbol dokumentu: CERT/S/1 wydanie 02 z dnia 07.06.2022

Certyfikat Jakości

Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| Nazwa: | Poliwalentna surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> | OM |
| Numer serii: | 1064103 | |
| Opis produktu: | Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni. Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem. | |
| Wyniki kontroli: | Surowice testowano z zestawem co najmniej 180 szczepów bakterii <i>Salmonella</i> prezentujących antygeny somatyczne O znane w schemacie Kauffmanna- White'a. Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> OM aglutynuje zgodnie z wymogami ze wszystkimi szczepami należącymi do rodzaju <i>Salmonella</i>. | |
| Warunki przechowywania: | Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła. Nie zamrażać ! | |
| Data ważności: | 2026-03-01 | |

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z wytycznymi dyrektywy 98/79/EC i normy EN ISO 9001:2015. Posiada Deklarację Zgodności i jest opatrzona znakiem CE. Na podstawie wyników kontroli seryjnej, stwierdza się, że surowica ta odpowiada stawianym wymogom i może być wprowadzona do obrotu.

Data wystawienia: 2023-08-21

Kontroler Jakości Surowic

Beata Lipińska