



# IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy  
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

[www.immunolab.com.pl](http://www.immunolab.com.pl)  
[info@immunolab.com.pl](mailto:info@immunolab.com.pl)  
tel/fax: + 48 58 781 44 91  
ul. Kładki 24  
80-822 Gdańsk

## Certyfikat Jakości

### Zestaw surowic do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nazwa:                  | Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> dla antygenu: <b>Vi</b>   |
| Numer serii:            | <b>S060/938101</b>   |
| Opis produktu:          | Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni.<br>Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.  |
| Wyniki kontroli:        | Surowice testowano z zestawem około 200 szczepów bakterii <i>Salmonella</i> znanymi w schemacie Kauffmanna- White'a.<br><b>Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> Vi</b> aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami posiadającymi antygen otoczkowy Vi : <b><i>S. Paratyphi</i>, <i>S. Typhi</i> i <i>S. Dublin</i></b> . Brak aglutynacji z innymi szczepami. |
| Warunki przechowywania: | Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła.<br>Nie zamrażać !  |
| Data ważności:          | 2023-10-14   |

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z dyrektywą WHO oraz spełnia wymagania zasadnicze jakości i bezpieczeństwa określone dla wytwarzania surowic poliwalentnych anty-Salmonella: "Guidelines for the preparation of Salmonella antisera" WHO Collaborating Center for Reference i Research on Salmonella, Institut Pasteur, Francja

Data wystawienia: 2021-07-14

Specjalista ds. Jakości  
*Aneta Puitorak*  
mgr Aneta Puitorak