



IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.pl
info@immunolab.com.pl
tel/fax: + 48 58 781 44 91
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk

Symbol dokumentu: CERT/S/3 wydanie 02 z dnia 07.06.2022

Certyfikat Jakości

Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella* do diagnostyki *in vitro*

| | |
|-------------------------|---|
| Nazwa: | Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> dla antygenu: Vi |
| Numer serii: | 997102 |
| Opis produktu: | Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni. Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem. |
| Wyniki kontroli: | Surowice testowano z zestawem co najmniej 180 szczepów bakterii <i>Salmonella</i> znanych w schemacie Kauffmanna- White'a. Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii <i>Salmonella</i> Vi aglutynuje zgodnie z wymogami ze szczepami posiadającymi antygen otoczkowy Vi: <i>S. Paratyphi C, S. Typhi</i> i <i>S. Dublin</i> . Brak aglutynacji z innymi szczepami. |
| Warunki przechowywania: | Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła. Nie zamrażać ! |
| Data ważności: | 2025-04-01 |

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z wytycznymi dyrektywy 98/79/EC i normy EN ISO 9001:2015. Posiada Deklarację Zgodności i jest opatrzona znakiem CE. Na podstawie wyników kontroli seryjnej, stwierdza się, że surowica ta odpowiada stawianym wymogom i może być wprowadzona do obrotu.

Data wystawienia: 2022-12-30

Kontroler Jakości Surowic
dypińska