



IMMUNOLAB

Zakład Badawczo-Wzdrożeńiowy
Ośrodka Salmonella sp. z o.o.

www.immunolab.com.pl
info@immunolab.com.pl
tel/fax: + 48 58 781 44 91
ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk

Symbol dokumentu: CERT/S/4 wydanie 02 z dnia 07.06.2022

Certyfikat Jakości

Zestaw surowic do aglutynacji szkiełkowej bakterii *Salmonella*

Nazwa:	Surowice diagnostyczne do identyfikacji bakterii <i>Salmonella</i> : S. Infantis, S. Hadar i S. Virchow: HM, O:C; O:6,7; O:7; O:8; H:z ₁₀ ; H:e,n,x; H:x, H:n,z ₁₅ ; H:r, H:2, H:5, H:6, H:7	SIT InHaVi
Numer serii:	008	
Opis produktu:	Surowica królicza bezbarwna, łososiowa, żółtawa lub w różnych odcieniach czerwieni. Surowica jest absorbowana i rozcieńczana w 0,85% NaCl, konserwowana 0,01% tiomersalem.	
Wyniki kontroli:	Surowice testowano z zestawem co najmniej 180 szczepów bakterii <i>Salmonella</i> prezentujących antygeny somatyczne O i rzęskowe H znane w schemacie Kauffmanna- White'a. Surowice są absorbowane i rozcieńczane w 0,85% NaCl. W postaci gotowej do użytku nie stwierdza się reakcji krzyżowych.	
Warunki przechowywania:	Surowice przechowywać w temp. 2-8 °C, chronić od światła. Nie zamrażać !	
Data ważności:	2024-09-01	

Surowica diagnostyczna została wyprodukowana zgodnie z wytycznymi dyrektywy 98/79/EC i normy EN ISO 9001:2015. Posiada Deklarację Zgodności i jest opatrzona znakiem CE. Na podstawie wyników kontroli seryjnej, stwierdza się, że surowica ta odpowiada stawianym wymogom i może być wprowadzona do obrotu.

Data wystawienia: 2022-12-02

Kontroler Jakości Surowic
opieńska